


Буряад Уласай «Кабанскын аймаг» нютагай
засагай байгуулгын Селенгинск нууринай
«Теремок» хүүгэдэй сэсэрлиг
хургуулийн наһа гүйсөөгүйшүүлэй
хуралсалай нютагай засагай бээ дааһан
эмхи зургаан



Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Теремок"
п.Селенгинск МО "Кабанский район"
Республика Бурятия

671247, Бурятия, Кабанский район,
п. Селенгинск, мкр. Березовый, 58
тел./факс (8-301-38) 76-3-06, 73-5-56
ИНН 0309004508 КПП 030901001
E-mail: teremok-s@mail.ru
сайт steremok.qindo.com

Исх. № 53
от 28.06.2021 г.

ДМТУ Росстандарта
начальнику отдела государственного надзора по РБ
Т.В. Автуховой
от Ткачевой О.Н., заведующей
МАДОУ д/с «Теремок»
п. Селенгинск МО «Кабанский район» РБ

Отчет об устранении нарушений

Согласно предписанию ДМТУ Росстандарта отдела государственного надзора по Республике Бурятия № М-24 от 01.06.2021 г. администрацией МАДОУ д/с «Теремок» п. Селенгинск проведена следующая работа:

1. 22.06.2021 г. заключен договор с ФБУ «Бурятский ЦСМ» № БП/3/683-21 на поверку измерителя артериального давления CS Medica CS-105 № 1020864137. (Приложение 1)
2. Проведена оплата услуги ФБУ «Бурятский ЦСМ» согласно представленной счет-фактуре. (Приложение 2)
3. Составлен приказ на создание комиссии по списанию бесконтактных термометров. (Приложение 3)
4. По акту проведено списание, утилизация бесконтактных термометров:
 - бесконтактный инфракрасный термометр СКТ 1503 в количестве 2 шт.
 - бесконтактный термометр IR 988 в количестве 3 шт.

(Акт о списании - Приложение 4)

5. Проведена разъяснительная работа с Климовой М.Е., зам по АХЧ, по выполнению должностной инструкции, согласно ФЗ № 102 ст.13 ч.1 при закупке измерителей о необходимости проведения поверки до ввода измерителей в эксплуатацию.

6. Написаны ходатайства на имя начальника МКУ «РУО» А.А. Власова с просьбой о выделении лимитов на приобретение бесконтактных термометров согласно Росреестру СИ РФ.



Заведующая
МАДОУ д/с «Теремок» п. Селенгинск

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'О.Н. Ткачева', written over a horizontal line.

Ткачева О.Н.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Ткачёва Ольга Николаевна

Действителен с 16.02.2022 по 16.02.2023