

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ**

Дальневосточное межрегиональное территориальное управление

(ДМТУ Росстандарта)

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 65, телефон (4212)23-77-33

Отдел (инспекция) государственного надзора по Республике Бурятия

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 72 «б», каб. № 208,

тел./факс 41-63-94, 41-10-18

г. Улан-Удэ

01 июня 2021г.

17 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ № 24

С 11 мая по 01 июня 2021г. на основании приказа Руководителя ДМТУ Росстандарта Контарева А.В. №136 от 23 марта 2021г. в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. СЕЛЕНГИНСК, МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. СЕЛЕНГИНСК МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) была проведена плановая документарная проверка;

Продолжительность проверки: 16 рабочих дней;

Акт составлен отделом (инспекцией) государственного надзора по Республике Бурятия

Лицо, проводившее проверку:

Начальник отдела

Автухова Татьяна Владимировна

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. СЕЛЕНГИНСК, МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. СЕЛЕНГИНСК МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ);

адрес (место нахождения): 671247, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН КАБАНСКИЙ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА СЕЛЕНГИНСК, МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВЫЙ, 58;

ИНН/КПП 0309004508/030901001; ОГРН 1020300665670; основной вид деятельности (ОКВЭД): 85.11 «Образование дошкольное»; детский сад возглавляет заведующий Ткачева Ольга Николаевна, по сведениям выписки из ЕГРЮЛ является законным представителем учреждения, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

2. Результаты проверки, проведенной в рамках федерального государственного метрологического надзора:

В силу статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в адрес МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. СЕЛЕНГИНСК МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ заказным письмом с уведомлением были направлены документы: копия приказа ДМТУ Росстандарта №136 от 23 марта 2021г., мотивированный запрос №05-16/88 от 28 апреля 2021г, в соответствии с которым учреждение обязано в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в отдел (инспекцию) государственного надзора по Республике Бурятия ДМТУ Росстандарта **надлежаще заверенные копии документов на применяемые средства измерений**, в качестве примера приводилось: в элеваторном узле (вода и тело - счетчики при наличии), в пищеблоке детского сада (весы), в медицинском кабинете (измерители артериального давления, термометры, ростомеры и др.). Запрашивались паспорта на средства измерений (при наличии); документы, подтверждающие действующие результаты поверки.

Информацию необходимо было предоставить в форме сведений, обозначив наименование, заводские номера, количество СИ, место нахождения, дату последней поверки.

Документы отдела ДМТУ Росстандарта получены детским садом 05 мая 2021г. (в материалах проверки находится отчет об отслеживании отправления заказного письма с почтовым идентификатором 67001358002802).

Направленные по мотивированному запросу детским садом документы вх №114 от 25 мая 2021г. были рассмотрены.

Изучив, проанализировав направленные детским садом документы следует, что детский сад применяет 14 средств измерений. Конкретное место применения данных средств измерений не обозначено.

Документы, информация о количестве всех средств измерений, применяемых в детском саду (элеваторный узел, пищеблок, медицинский кабинет) не представлены.

Из направленных МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. СЕЛЕНГИНСК МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ документов следует, что для измерения температуры тела детей и родителей (законных представителей) в применении находятся:

- 3 термометра бесконтактных инфракрасных IR-988 б/№ не утвержденного типа;
- 2 термометра бесконтактных инфракрасных F01 б/№, документы подтверждающие действующие результаты поверки не представлены; в адрес отдела направлены

копии документов: руководство по эксплуатации медицинского изделия, гарантийный талон.

Как следует из описания типа средства измерений на термометр бесконтактный инфракрасный F01 (приложение к свидетельству №77730 об утверждении типа средств измерений, знак поверки наносится на свидетельство о поверке или гарантийный талон. Детский сад направил гарантийный талон, который не содержит сведений о поверке, отсутствует и знак поверки.

На применяемый измеритель артериального давления CS Medica CS -105 №1020864137 сведения о своевременной поверке не предоставлены.

Из предоставленных документов учреждения следует, что все весы в пищеблоке детского сада поверены в период проведения проверки, а именно: 18 мая 2021г., до этого момента, с 25.10.2019г и 20.08.2020г. данные средства измерений находились в применении с нарушением метрологических требований, не прошедшие своевременную поверку.

Согласно статье 2 Закона от 26.06.2008г № 102-ФЗ поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых **в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.**

Статьей 13 Федерального закона №102 в пункте 4 дано разъяснение, что результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

В силу части 1 статьи 13 Закона № 102-ФЗ средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

3. Выводы: В период проведения плановой документарной проверки МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. СЕЛЕНГИНСК, МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ были предоставлены не все запрашиваемые сведения, по отдельным направленным копиям документов

установлены нарушения части 1 статьи 5, части 1 статьи 9 и части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в части применения в качестве средств измерений - 3 термометров бесконтактных инфракрасных IR-988 б/№ не утвержденного типа; применение 2 термометров бесконтактных инфракрасных F01 б/№ и измерителя артериального давления CS Medica CS -105 №1020864137, не прошедших в установленном порядке поверку, документы, подтверждающие обратное не предоставлены.

Лица допустившие нарушения: МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. СЕЛЕНГИНСК МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, причины нарушений)

Прилагаемые документы:

1. Приказ ДМТУ Росстандарта №136 от 23 марта 2021г. на 1 л., в 1 экз.;
2. Мотивированный запрос №05-16/88 от 28 апреля 2021г. на 1 л., в 1 экз.; отчет об отслеживании отправления заказного письма с почтовым идентификатором 67001358002802 о вручении адресату заказного письма на 1 л. в 1 экз.;
3. Предписание № М-24 от 01 июня 2021г. на 1 л.;
4. Документы, представленные МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. СЕЛЕНГИНСК МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (вх № 114 от 25.05.2021г. на 41 л.).

Подпись лица, проводившего проверку:

Начальник отдела



Автухова Т.В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)

Дальневосточное межрегиональное территориальное управление (ДМТУ Росстандарта)
Отдел (инспекция) государственного надзора
по Республике Бурятия
наименование обособленного подразделения ДМТУ Росстандарта

680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 65, телефон (4212)75-20-00
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом 72 «б», кабинет № 208;
телефон/факс: (301 2) 41-63-94, 41-10-18.

Заведующему МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. СЕЛЕНГИНСК,
МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ **Ткачевой Ольге Николаевне,**

указать кому выдается предписание: руководителю юридического лица (должностному лицу юридического лица), индивидуальному предпринимателю,

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя (должностного лица), индивидуального предпринимателя

адрес (место нахождения): 671247, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН КАБАНСКИЙ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА СЕЛЕНГИНСК, МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВЫЙ, 58

адрес

ПРЕДПИСАНИЕ

от «01» июня 2021 г.

№ М-24

При осуществлении федерального государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений установлено, что муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Теремок» п. Селенгинск, МО «Кабанский район» Республики Бурятия при осуществлении деятельности в области здравоохранения установлены нарушения ч.1 ст.5, ч.1 ст.9 и ч.1 ст.13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в части применения в качестве средств измерений - 3 термометров бесконтактных инфракрасных IR-988 б/№ не утвержденного типа; применение 2 термометров бесконтактных инфракрасных F01 б/№ и измерителя артериального давления CS Medica CS -105 №1020864137, не прошедших в установленном порядке поверку, документы, подтверждающие обратное не предоставлены.

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» указанные нарушения в срок до «04» июля 2021 г. **ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ.**

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» **применение** 3 термометров бесконтактных инфракрасных IR-988 б/№ не утвержденного типа; применение 2 термометров бесконтактных инфракрасных F01 б/№ и измерителя артериального давления CS Medica CS -105 №1020864137, не прошедших своевременную поверку, непригодных к применению,

с «01» июня 2021г. **ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ** до устранения выявленных нарушений.


В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до «04» июля 2021 г.

Начальник отдела

.....
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю



.....
подпись

Автухова Т.В.

.....
инициалы, фамилия